

4- $\phi$ 6.40通孔  
 $\square$   $\phi$ 11 $\nabla$ 21

4-M6 $\nabla$ 4

2-R11

2- $\phi$ 2H7 $\nabla$ 3

86.50

90.50

100

125

140

58

100

128.50

175

190

2- $\phi$ 2H7 $\nabla$ 3

120.50

170

60.50

100

21

23

29

出线孔

移动端

固定端

名称

压电扫描台

日期

20.09.21

型号

P79.Z200

版本

D1

